LoFric® Primo™

urotonic™ SURFACE TECHNOLOGY

Pas de compromis

Recommandations d'utilisation

La sonde à usage unique LoFric® Primo™ est recommandée pour le sondage urinaire intermittent et la dilatation.

Stérilisation et durée de conservation

Toutes les sondes sont stérilisées par irradiation (R). La date limite d'utilisation est imprimée sur l'emballage.

Conditionnement

Emballage individuel. Boîte distributrice de 30 sondes. 4 boîtes par carton.

Composition

Revêtement hydrophile: Polyvinyle Pyrrolidone (PVP) et Chlorure de Sodium (NaCl).

Sondes Nelaton 20 et 40 cm: Elastomère à base de polyoléfine (POBE, sans phtalates).

Sondes Béquillées 40 cm: Chlorure de Polyvinyle (PVC).

Sachet d'eau: Feuille laminée de Polyéthylène Téréphtalate (PET), Polyéthylène (PE) et Aluminium, eau stérile.

Emballage individuel: Polyéthylène (PE).

La gamme

Réf. POBE	Descriptif	Code ACL	Longueur	Taille
410 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664517**0	40 cm	CH08
410 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664581**1	40 cm	CH10
410 12 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664598**9	40 cm	CH12
410 14 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664606**1	40 cm	CH14
410 16 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664612**2	40 cm	CH16
410 18 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664629**0	40 cm	CH18
411 06 70	LoFric® Primo™ Nelaton Pédiatrique	34010**9664983**3	20 cm	CH06
411 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton Pédiatrique	34010**9665008**2	20 cm	CH08
411 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton Pédiatrique	34010**9665014**3	20 cm	CH10
413 08 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664925**3	20 cm	CH08
413 10 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664931**4	20 cm	CH10
413 12 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664948**2	20 cm	CH12
413 14 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664954**3	20 cm	CH14
413 16 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664960**4	20 cm	CH16
413 18 70	LoFric® Primo™ Nelaton	34010**9664977**2	20 cm	CH18

Réf. PVC	Descriptif	Code ACL	Longueur	Taille
966 10 70	LoFric® Primo™ Béquillée	34010**4519213**7	40 cm	CH10
966 12 70	LoFric® Primo™ Béquillée	34010**4519242**7	40 cm	CH12
966 14 70	LoFric® Primo™ Béquillée	34010**4519259**5	40 cm	CH14
966 16 70	LoFric® Primo™ Béquillée	34010**4519207**6	40 cm	CH16
966 18 70	LoFric® Primo™ Béquillée	34010**4519236**6	40 cm	CH18

Tarif LPPR (liste des produits et prestations remboursables) 86,93€ T.T.C la boîte, sous la référence 1165186 : 30 sondes en PVC ou polyuréthane ou en POBE avec traitement de surface hydrophile autolubrifiante.

Mode d'emploi

Dépliez LoFric Primo (sonde vers le bas)

Ouverture 1 (avec un minimum de force et/ou pour une utilisation dans un environnement stérile)



1. *Pliez et pressez le sachet pour libérer l'eau du réservoir.*



2. *Laissez la sonde s'imprégner d'eau pendant 30 secondes, le temps de vous préparer au sondage.*



3. *Ouvrez l'emballage en écartant les boucles situées au-dessus du sachet d'eau. Continuez à ouvrir l'emballage jusqu'à l'apparition du godet de couleur. Ôtez la sonde de l'emballage et procédez au sondage.*

Ouverture 2 (utilisant le guide d'insertion)

Reprenez les deux premières étapes de l'ouverture 1



3. *Retournez l'emballage afin que l'eau revienne dans le sachet.*



4. *Déchirer la prédécoupe «A» pour ôter le sachet d'eau. Déchirez la prédécoupe «B» pour libérer la sonde.*



5. *Utilisez la partie restante comme guide d'insertion. Ce guide d'insertion permettra une prise ferme et hygiénique, et un sondage sans toucher la sonde avec les doigts.*

INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce produit est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié N°0086. Une fois utilisé, le revêtement sera altéré et la sonde ne sera plus stérile. Lire attentivement le mode d'emploi.

© 2012 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. Tous droits réservés. 76516-FR1312

Wellspect HealthCare, 7, rue Eugène et Armand Peugeot - 92563 RUEIL MALMAISON Cedex.
Tél : 01 41 39 02 40 - Fax : 01 41 39 02 44 - Internet : www.lofric.fr

Wellspect HEALTHCARE